

INICIATIVA ZA AED

E: info@srce-si.si

W: www.srce-si.si



Ministrstvo za zdravje

Javna razprava – Pravilnik o službi NMP

Štefanova 5

1000 Ljubljana

gp.mz@gov.si

ZADEVA: Priporabe in predlogi sprememb Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči

Iniciativa za AED je pripravila predlog normativne ureditve zgodnje izvenbolnišnične defibrilacije. Skoraj istočasno je Ministrstvo za zdravje pripravilo predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. Ker se predloga v veliki meri prekrivata, smo se odločili, da svoj predlog umaknemo in z nekaterimi rešitvami iz našega predloga, ki so kompatibilne, predlagamo izboljšanje Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči.

23. člen (AED) se po novem glasi:

(1) *AED, katerih lastniki dovolijo javno uporabo, se vključijo v mrežo AED. Podatki o mreži AED so vključeni v evidenci dispečerske službe zdravstva.*

(2) *AED iz prvega odstavka tega člena, ki so stalno javno dostopni morajo biti nameščeni v ogrevani omarici, ki mora biti topotno izolirana. Topotna izolacija ni potrebna, če je omarica stalno v senci. Na omarici morajo biti dobro vidni ILCOR simboli za AED. Nad omarico mora biti 3D označevalna tabla z naslednjimi dimenzijsami: višina 45 cm, širina: 2 x 30 cm. Na označevalni tabli morajo biti ILCOR simboli za AED. Stalno javno dostopni AED mora označevati tudi ustrezna prometna signalizacija.*

(3) *Za vodenje evidence AED, ki vključuje tudi evidenco o vzdrževanju in njihovi uporabi skrbi dispečerska služba zdravstva, ki enkrat letno, in sicer do 28. februarja poroča ministrstvu.*

(4) *Osveščanje, izobraževanje in usposabljanje laikov o uporabi AED na svojem območju organizira lokalna skupnost.*

Obrazložitev:

Mreža AED bo imela dva tipa javno dostopnih AED. AED, ki bodo dostopni med delovnim časom lastnikov, bodo nameščeni v prostorih lastnikov. Lokacijo bodo poznali uslužbenci lastnika, zato dobro označevanje lokacije ni nujno potrebno, je pa zaželeno. Za stalno javno dostopne AED morajo veljati druga pravila. Stalno javno dostopni AED imajo večji pomen, ker so praviloma hitreje dostopni in stalno dosegljivi. Na njihovo prisotnost je potrebno opozarjati z enotnimi, dobro vidnimi oznakami,

INICIATIVA ZA AED

E: info@srce-si.si

W: www.srce-si.si



ker bo na ta način olajšano osveščanje laikov. Ustrezna označenost stalno javno dostopnih AED je pomembna tudi za osebe, ki so usposobljene za uporabo AED, ker se lahko zgodi, da se po nepotrebnem izgublja čas, ko se išče najblžji AED. V Sloveniji število stalno javno dostopnih AED vztrajno narašča. Velik problem pa je, da veliko aparatov ni ustrezno označenih, so v neogrevanih omaricah in niso pod stalnim nadzorom. Zaradi tega predlagamo, da se vodi tudi evidenca o vzdrževanju AED. Manj znana je problematika izoliranosti omaric. Če omarice niso topotno izolirane lahko pride ob neposredni izpostavljenosti soncu, zaradi pregrevanja, do okvare elektrod ali baterije defibrilatorja. Nekateri proizvajalci omaric v navodilih izrecno zahtevajo, da omarica ne sme biti direktno izpostavljena soncu. Prometna signalizacija za AED je ustrezno urejena v novem Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki bo objavljen v Uradnem listu predvidoma do meseca junija 2015. Paziti bo potrebno, da bo prometna signalizacija veljala samo za stalno javno dostopne AED. V nasprotnem primeru bo prihajalo do dezinformacij in se bo naredilo več škode kot koristi.

Datum: 18. 5. 2015

Zdenko Šalda, dr. med.

salda.zdenko@zd-tr.si